

15. Stérilisation

Extrait de la base de données de DeviceMed

SOCIÉTÉS (les annonceurs figurent en gras)	Accessoires																						Stérilisation
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Air Alliance Conseil, Sainte Foy les Lyon, France			3																				www.faster-air.com
Albhades Provence, Oraison, France	87																		19			22	www.albhades.com
Asco Numatics, Rueil Malmaison, France												12									21		www.asconumatics.fr
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG, Wiehl, Allem.	83													14		17						22	www.bgs.eu
FPSA SAS, Oyonnax, France													13			16	17		19			22	www.fpsa.com
Hemodia, Labege, France																16			19			22	www.hemodia.com
Inpac Medizintechnik GmbH, Birkenfeld, Allemagne														14		16	17		19			22	www.inpac-medizintechnik.de
Ionisos, Dagneux, France		2			5	6	7		9					14		16	17		19	20	21	22	www.ionisos.fr
KEYBIO, Aubagne, France													13						19				www.keybio.com
Laboratoire Icare, Saint-Beauzire, France	1												13						19			22	www.laboratoireicare.com
Manudo Medical, Montalieu Vercieu, France	39					6	7													20			www.manudo.com
Mecaplast Sales & Marketing Director, Botterens, Suisse													13			16	17		19			22	www.mecaplast.ch
Medical Group, Vaulx-en-Velin, France	67	1			5	6	7						13		15	16	17		19	20		22	www.medicalgroup.fr
Medistri, Domdidier, Suisse																16			19			22	www.medistri.com
Metec Diagnostic, Casablanca, Maroc												8	13								21	22	www.metec.ma
Namsa Inc., Northwood, OH, USA					5			8		10		12							19	20	21	22	www.namsa.com
Plasma Technology GmbH, Herrenberg, Allemagne		1									11				15					20	21	22	www.plasmatechnology.de
Promepla, Monte Carlo, Monaco						6	7	8		10						16	17		19	20	21	22	www.promepla.com
QOSINA, Edgewood, NY, USA	2				5															20			www.qosina.com
SolStéo, Paris, France				4		6		8								16			19	20	21	22	www.solsteo.com
Spirax Sarco AG, Zollikon, Suisse			3	4								12								20	21		www.spiraxsarco.ch
ST-Medicare, Garbsen, Allemagne			3							10			13							20	21	22	www.st-medicare.de
Sterigenics NV, Leuven, Belgique					5	6	7	8						14		16		18	19	20	21	22	www.sterigenics.com
Steriservices, Bernay, France				4		6		8				12	13			16			19	20	21	22	www.steriservices.com
Sterisys PGMBH, Eynatten, Belgique						6		8				12	13			16			19	20	21	22	www.sterisys.eu
Suedpack Medica, Mareuil les Meaux, France					5															20			www.suedpack-medica.com
Synergy Health, Marseille cedex 14, France					5		7							14		16	17	18	19	20		22	www.synergyhealthplc.com
Südpack Medica AG, Baar, Suisse					5															20			www.suedpack-medica.com
Top Clean Injection, Peschadoires, France											11				15				19		21	22	www.tcijection.com

Stérilisation par irradiation

Intégrer la nouvelle réglementation de 2013

En 2013, l'ISO 11137-1 décrivant les exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les dispositifs médicaux s'est vu rajouter un amendement 1 dans lequel, notamment, la définition d'une famille de stérilisation est revue. Cet amendement représente un impact majeur pour les fabricants de dispositifs médicaux qui doivent démon-

trer au cours du temps, non seulement une biocharge constante, mais également que les microorganismes présents sur les dispositifs d'une famille de stérilisation sont de même type et dans les mêmes proportions.

Le laboratoire Icare accompagne ses clients pour intégrer ces changements et garantir que la dose stérilisante appliquée à leurs dispositifs médicaux permette



Source : Laboratoire Icare

de continuer à atteindre le niveau d'assurance de stérilité désiré.

» **Laboratoire Icare,**
F-63360 Saint-Beauzire,
www.laboratoireicare.com